



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๙๐๓๖ ต่อ ๕๑๒ - ๕๑๔

ที่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๒๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งผู้มี
นามและตำแหน่งทำนนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน (Light Curing Unit) จำนวน ๒ เครื่อง

๒. เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (Ultrasonic Scaler Unit) จำนวน ๒ เครื่อง

ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับหน่วยบริการ
(ร้อยละ ๙๐) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน (Light Curing Unit) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ
๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (Ultrasonic Scaler Unit) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ
๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ พุ่มมาลัย)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกรวิภา รุ่งเรือง)

(นางสาวดวงพร รักศรี)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายกิตติศักดิ์ ศาสตร์ศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน (Light Curing Unit)
โรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

๑. ความต้องการ เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน (Light Curing Unit) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการกระตุนวัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน (Composite) เกิดการแข็งตัว
๓. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๓.๑ เป็นอุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน พร้อมแบตเตอรี่ สายชาร์จ และฐานรอง
 - ๓.๒ ตัวเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันเป็นแบบชนิดไร้สาย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ หลอดกำเนิดแสงความยาวคลื่นอยู่ในช่วง ๔๔๐ - ๔๙๐ นาโนเมตร
 - ๔.๒ เป็นเครื่องฉายแสงที่มีโปรแกรมการใช้งาน อย่างน้อย ๒ โปรแกรม ดังนี้
 - ๔.๒.๑ โหมด Soft start mode : ความเข้มแสง ๐ - ๑,๖๐๐ มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร
 - ๔.๒.๒ โหมด Pulse : ความเข้มแสง ๑,๖๐๐ มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร โดยมีช่วงที่ฉายแสงและช่วงพักสลับกันจนครบตามเวลาที่ตั้งไว้
 - ๔.๓ บริเวณปลายด้ามมี Guide Cap ซึ่งสามารถถอดออกและนำเข้าเครื่องออโตเคลฟได้
 - ๔.๔ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปเอเชีย หรือประเทศไทย
 - ๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๕.๓ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าครบ
 - ๕.๔ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๕ ได้รับมาตรฐานการผลิตของประเทศไทยผู้ผลิต ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 - ๕.๖ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและต้องมีหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๘ (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางณัฐฉัตร พุ่มมาลัย)

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกรวิภา รุ่งเรือง)

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดวงพร รักศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มีใช้งานก่อสร้าง (ประเภทที่ ๗)

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
๑. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน (Light Curing Unit) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๒. เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (Ultrasonic Scaler Unit) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายณัฐวุฒิ พุ่มมาลัย	ตำแหน่ง	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๕.๒ นางสาวกรวิภา รุ่งเรือง	ตำแหน่ง	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๕.๓ นางสาวดวงพร รักศรี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน